

UltraRAE 3000

GASES DETECTADOS PELO PID

GÁS	FATOR DE CORREÇÃO
Acetona	1.2
Acroleína	42
Álcool alílico	4.5
Acetona	11
Anilina	0.50
Anilose	0.89
Benzeno	0.55
Álcool benzílico	1.4
Cloreto de benzeno	0.7
Benzilo formato	0.9
Bromopropano, 1-	150
Butadieno	0.89
Butadieno diepóxido, 1,3-	25
Butanol, 1-	70
Butoxietanol, 2-	6.9
Butilamina, n-	1.8
Butilo, t-	1.1
Butil mercaptano	2.0
Dissulfureto de carbono	0.55

GeoAcqua