

EAGLE

GASES DETECTADOS PELO EAGLE

Fatores de Conversão - Modo Resposta Completa (Calibração Metano)

Gás Alvo	LEL	PPM
----------	-----	-----

Acetona	1.89	1.14
---------	------	------

Benzeno	2.85	.48
---------	------	-----

Butil Acrilato	**	.57
----------------	----	-----

Butil Acetato	4.34	1.49
---------------	------	------

2-Butil Álcool	4.49	1.54
----------------	------	------

1-Butil Álcool	6.28	.91
----------------	------	-----

Cicloexano	2.77	.57
------------	------	-----

Cumeno	5.89	.43
--------	------	-----

Dicloroetano	5.55	.38
--------------	------	-----

Álcool Etilíco	2.04	.55
----------------	------	-----

Cloreto de Etil	1.72	.27
-----------------	------	-----

Etilacrilato	3.57	1.14
--------------	------	------

Hexano	2.14	0.47
--------	------	------

Hidrogênio	1.10	.88
------------	------	-----

Gás Alvo	LEL	PPM
----------	-----	-----

Isobutano	1.79	0.64
-----------	------	------

Isopropanol	2.19	.43
-------------	------	-----

Metano	1.00	1.00
--------	------	------

Metanol	1.72	.91
---------	------	-----

Acetato de Metilo	1.68	.54
-------------------	------	-----

Acrilato de Metilo	1.92	.54
--------------------	------	-----

Metil Etil Keytone	2.94	.88
--------------------	------	-----

Metil Isobutil Keytone	2.94	.47
------------------------	------	-----

Xilenos Mistos	2.94	.48
----------------	------	-----

Nonano	4.28	0.68
--------	------	------

Pentano	1.92	.58
---------	------	-----

Propano	1.59	.67
---------	------	-----

Estireno	4.09	.51
----------	------	-----

Tolueno	2.00	.65
---------	------	-----

Monomero de Acetato de Vinilo	3.55	.89
-------------------------------	------	-----

** Pressão do vapor muito baixa para leitura LEL significativa.

GeoAcqua

Versão 1.0 revisão Março / 2016 - GeoAcqua é uma empresa do grupo Ag Solve

www.geoacqua.com.br | Tel.: (11) 2362-8466 | 2359-1604 | Rua Dr. Sodré, 72 - V. Nova Conceição | São Paulo/SP